


Наименование предприятия	ПАСПОРТ № <u>341-15/4</u> на <u>Преобразователь давления</u>				Дата поступления в эксплуатацию		
Государственная поверка <u>1</u> раз в <u>2</u> года		Самост. ведомственная поверка _____ раз в _____ год		Периодическая поверка _____ раз в _____ год			
Завод-изготовитель	Заводской номер	Инвентарный № (место установки)	Тип или система	Пределы измерений	Цена деления шкалы	Класс	
	42574130916022525		ПД 100	0 ÷ 1,6 МПа	-	0,5	

Основные части комплекта _____

Результаты государственной (самостоятельной ведомственной) поверки

Дата поверки	Заключение (годен-негоден)	Подпись гос. поверителя	Дата поверки	Заключение (годен-негоден)	Подпись гос. поверителя	Дата поверки	Заключение (годен-негоден)	Подпись гос. поверителя
10.07.2015	годен							

Начальник _____

Дата составления паспорта

2015 г.
